

試験証明書

依頼者 株式会社 カルチャーエクスプレス 殿

品 名 ガウン 1点

試験項目 人工血液バリア性、ウイルスバリア性

平成23年 1月 5日付けで当所に提出された試料の試験結果は下記のとおりであることを証明します。

平成23年 1月21日

カケン

〒550-0002 大阪市西区江戸堀2丁目5番19号

財団法人 日本化学繊維検査協会

生物試験センター

TEL:06-6441-0399 FAX:06-6441-6803



記

試験結果

1. 人工血液バリア性

試 料		人工血液の浸透			合 否
		5 分間放置	1 分間加圧	54 分間放置	
サンプル	1	浸透なし	浸透なし	浸透なし	合 格
	2	浸透なし	浸透なし	浸透なし	
	3	浸透なし	浸透なし	浸透なし	

試験方法

人工血液バリア性 : A S T M F 1 6 7 0 - 0 8 B 法

試 料

AKEN JSTIIF

以 上